

百分表检定仪 型号 2396-25A

注意: 不适合千分表
(分辨率为 0.001MM)



2396-25A



微分头

测量范围	采样间隔	精度	回程误差
0-25mm	0.1mm	4 μ m(0-25mm), 3 μ m(0-10mm), 2 μ m(0-1mm)	1 μ m

测力计

测量范围	分辨率	精度
0-1.6N	0.05N	\pm 5%(最大量程)

平台

直径	平面度	粗糙度
50mm	1 μ m	0.05 μ m

- 符合JJG指示类量具检定仪国家计量检定规程
- 校准百分表、杠杆百分表和百分内径量表
- 尺寸: 270 \times 210 \times 205mm
- 重量: 11kg



检验百分表的精度(测量范围0-25mm)



检验百分内径量表的精度(测量范围6-450mm)



检验杠杆百分表的精度



检测百分表的测力



检测百分表的重复性



检测径向力对百分表数值的影响
(需选配半圆量块)

半圆量块(选配)

型号	平行度
2396-block	1 μ m



半圆量块(选配)



检测径向力对杠杆百分表数值的影响
(需选配半圆量块)