

杠杆比较仪

INSIZE PLUS

检验证书

防震


- 符合JJG机械比较仪国家计量检定规程
- 防震
- 红宝石机芯轴承
- 自由行程3mm
- 特别的表蒙设计可避免阴影, 方便读数
- 红色公差指示器
- 初始测力: 1.2N
- 可选附件: 提升装置(型号6289-150)



提升装置(选配)



2881-01



型号	测量范围	分度值	全程精度	回程精度	表盘读数	最大测量力	备注
2881-01*	0.1mm	0.001mm	1.2 μ m	0.5 μ m	50-0-50	1.5N	平后盖

*带生产厂检验证书