

防震

检验证书


防震百分表

INSIZE PLUS



2883-10

- 符合JJG指示表国家计量检定规程
- 防震
- 配公差指示器
- 可选附件: 后盖(页码367~368),  
测头(页码358~366), 测杆提手(型号7332)



型号	测量范围	分度值	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	最大测量力	备注
2883-10*	10mm	0.01mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2883-10F*	10mm	0.01mm	17 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖

型号	测量范围	分度值	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	最大测量力	备注
2811-3*	3mm	0.01mm	12 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2811-3F*	3mm	0.01mm	12 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖
2811-5*	5mm	0.01mm	14 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	带耳后盖
2811-5F*	5mm	0.01mm	14 $\mu$ m	3 $\mu$ m	1mm	0-100	1.5N	平后盖

\*带生产厂检验证书