

提升装置(选配)



检验证书

防震



2891-1

- 符合JJG指示表国家计量检定规程
- 分度值: 0.001mm
- 防震
- 宝石轴承
- 带公差指示器
- 可选附件: 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366), 提升装置(型号6289-150)

型号	测量范围	全程精度	回程精度	一圈行程	表盘读数	最大测量力	备注
2891-1*	1mm	3 μ m	1.5 μ m	0.1mm	0-100	2N	带耳后盖
2891-1F*	1mm	3 μ m	1.5 μ m	0.1mm	0-100	2N	平后盖

*带生产厂检验证书

高精度杠杆千分表

INSIZE PLUS

