

花键千分尺

INSIZE PLUS

注意: 标准杆选配

检验证书

型号	测量范围	精度	L	b
3658-25*	0-25mm	4 μ m	62	34
3658-50*	25-50mm	4 μ m	87	46
3658-75*	50-75mm	5 μ m	112	60
3658-100*	75-100mm	5 μ m	139	72
3658-125*	100-125mm	6 μ m	164	85
3658-150*	125-150mm	6 μ m	190	97
3658-175*	150-175mm	7 μ m	215	110
3658-200*	175-200mm	7 μ m	240	122
3658-225*	200-225mm	8 μ m	264	135
3658-250*	225-250mm	8 μ m	290	148

*带生产厂检验证书



3658-25

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 用于测量花键轴、槽和键沟
- 分度值: 0.01mm
- 无声棘轮测力
- 硬质合金测量面
- 可选附件: 标准杆(型号7386)

